

Информация о продукте

2,5X MasSTMIX GreenN -1525Для исследовательских работ *in vitro*МастерМИКСST GreenN для ПЦР

Кат.№	Количество
MSTG-50	50 реакций
MSTG-100	100 реакций

Качество МастерМикса гарантируется на протяжении не менее 1 года, при хранении всех реактивов при -20°C

Внимание!

Перед использованием необходимо выдержать МастерМикс при комнатной температуре до полного размораживания (~30 мин.), интенсивно перемешать и отцентрифугировать.

МастерМИКСSTGreenN 1X:

HStormTaq полимеразы
dA,dT,dC,dG -200µM каждого
Компоненты реакционного буфера
MgCl₂ – 1,5mM
Стабилизатор/энхансер
Стерильная вода для ПЦР -5мл
(прозрачная крышка)

МастерМИКСST GreenN содержит высококачественные реактивы для ПЦР амплификации ДНК различной природы.

Описание:

МастерМИКСSTGreenN рекомендуется для проведения амплификации ДНК, выделенной из различных природных объектов.

МастерМИКСST GreenN смесь ПЦР реагентов, содержащая стабилизатор/энхансер, усиливающий термостабилизацию фермента при повышенных температурах, улучшающий специфичность и чувствительность ПЦР.

Основой **МастерМИКСSTGreenN** является термостабильная химерная **HStormTaq полимеразы**, обладающая высокой процессивностью, позволяющая амплифицировать низкокопийные ДНК матрицы, сложные последовательности ДНК, с содержанием GC-пар до 65%.

HStormTaq полимеразы обладает повышенной термоустойчивостью, а также резистентности к различным ингибиторам ПЦР (в частности компонентов крови)., за счет модификации фермента.

HStormTaq полимеразы позволяет проводить амплификацию с модифицированными трифосфатами (dUTP), что дает возможность использовать данный продукт в «анти-контаминационной» ПЦР в комбинации с пост-ПЦР обработкой UDG.

Высокая процессивность и термостабильность **HStormTaq** полимеразы позволяют значительно уменьшить время амплификации, сократив его практически в 2 раза по сравнению со «стандартной» ПЦР (для проведения так называемой "fast-PCR" необходимо использование амплификаторов с большой скоростью нагрева/охлаждения образца при амплификации), с сохранением эффективности ПЦР и увеличением выхода ПЦР –продукта.

ВНИМАНИЕ:

Отсутствие у HStormTaq полимеразы 5'->3' экзонуклеазной активности не позволяет использовать фермент в ПЦР в «реальном времени» с Taq map-зондами и другими модификациями зондов.

Неоспоримым преимуществом **HStormTaq полимеразы**, по сравнению с известными ферментами на основе Taq-полимеразы, является возможность амплификации ДНК непосредственно из образца крови, практически вне зависимости от типа стабилизатора – гепарин, цитрат или EDTA.

Фермент стабилен и эффективен при концентрациях крови в образце вплоть до 10-15%.

Реакционная смесь, содержащая **Мастер^{UST}МИКС GREEN**, после проведения амплификации может быть нанесена непосредственно на гель, без проведения дополнительных манипуляций (добавления соответствующего буфера), что значительно сокращает время и экономит расходные материалы.

Протокол амплификации с 2,5X MasSTMIX GreeN -1525

ПЦР амплификация с использованием **HStormTaq** полимеразы очень похожа на условия использования **fusion** полимераз т.е. HStormTaq полимеразы лучше работает при повышенных температурах денатурации и отжига праймеров.

Собирать ПЦР реакцию можно при комнатной температуре – активность **HStormTaq** блокирована специфическими моноклональными антителами, что оставляет фермент не активным при температурах до 60°C. Активация фермента наступает в процессе начальной денатурации и не требует специальной стадии прогрева для активации, в противовес химически модифицированным Taq- полимеразам.

Приготовьте мастермикс для соответствующего количества образцов, исходя из приведенных ниже пропорций.

Смешайте следующие компоненты :

Компонент	50µL реакция	25µL реакция	Конечные 1X концентрации
Вода для ПЦР (без ДНКаз)	до 50 µL	до 25 µL	
2.5x МастерМИКССТ GreeN	20 µL	10 µL	1X
Праймеры			0.3-0.5 µM каждого
ДНК матрица	опционно	опционно	> 10 нг

- 2,5X **МастерМИКССТ GreeN** содержит 1,5mM MgCl₂ (в конечной 1X концентрации). В некоторых случаях необходима оптимизация наиболее эффективной концентрации MgCl₂ в интервале 1,5-3,5mM.

Рекомендованный объем ПЦР реакции – 50 мкл.

Условия Амплификации

	2-х стадийный ПЦР		3-х стадийный ПЦР		Кол-во циклов
	Т°C	время	Т°C	время	
Начальная денатурация	98°C	0,5-2 мин	98°C	0,5-2 мин	1
Денатурация	98°C	5-10 сек	98°C	5-10 сек	25-35
Отжиг	-	-	55-72*	10-30 сек	
Элонгация	65-72°C***	15 сек/Кб	72°C	15-30 сек/Кб**	
Финальная элонгация	72°C	1-2 мин	72°C	1-2 мин	1
	4°C	hold	4°C	hold	

*- Оптимальная температура T_m, рекомендуется как наименьшая температура плавления одного из праймеров, для стандартных олигонуклеотидов <22 н.п.

Для **HStormTaq** полимеразы рекомендуется скорректировать температуру отжига в пределах +3-10°C, по сравнению с ПЦР условиями амплификации с использованием Taq полимераз или ферментов на основе Taq (смеси Taq+Pfu, Taq+KlenTaq, KlenTaq+Pfu и т.д.)

** - Для сравнительно не сложных ДНК матриц (плазмидная ДНК, фаговая ДНК, ВАС клоны) время элонгации может быть меньшего до 15 сек/Кб.

Для геномной ДНК (человеческой) рекомендуется элонгация не менее 30 сек на 1 Кб, при амплификации ДНК фрагментов превышающих 2Кб. Для фрагментов ДНК длиной менее 1,5Кб. элонгацию можно ограничить 15 сек/Кб.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ превышать указанное время элонгирования во избежании образования неспецифических продуктов и уменьшения выхода целевого продукта.

***- Для проведения двух-стадийной ПЦР , рекомендуется подбирать праймеры T_m которых находится в пределах 62-70°C. В случае, если T_m пары праймеров лежит в области 62-65°C, рекомендуется пользоваться простым равенством для определения стартовой температуры отжига/элонгирования – (72°+ T_m праймера с минимальным значением)/2.

Если T_m праймеров (обоих) > 65°C , то рекомендованная совмещенная температура отжига/элонгирования будет находиться в интервале 70-72°C.

Для определения наиболее эффективной T отжига/элонгирования рекомендуется провести амплификацию в градиенте – это позволит сократить время оптимизации ПЦР.

При использовании цельной/стабилизированной крови в качестве матрицы для амплификации – не рекомендуется превышать концентрацию крови свыше 5% (в большинстве случаев достаточно 1-2мкл на реакцию в 50 мкл объеме), в виду образования значительного количества клеточного дебриса в процессе амплификации.

Не рекомендуется использовать кровь в качестве образца при проведении ПЦР в «реальном времени» в виду значительного поглощения компонентами крови флуоресцентного сигнала.